

附件四：

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位（盖章）	东莞市疾病预防控制中心
拟采购产品名称	荧光定量PCR仪
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取；	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取；	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
三、专家论证意见	
法律专家意见：荧光定量PCR仪拟采购产品属于其他进口产品，不属于禁止、限制进口产品。	
技术专家意见：经专家组讨论，认为荧光定量PCR仪采购进口设备理由充分、合理。因为原装进口产品在相关领域技术先进、性能稳定可靠，同时也是公共卫生业界评价好的设备，现时国内同类产品的综合性能指标均达不到要求。因此建议上述设备允许进口产品参与投标。	
专家组采购意见： <input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意	
专家签名：	
	
2021年11月12日	